

ЛОС „УНИСИСТ“ ООД – NB 2341

ЕС Сертификат за изследване на типа

№ BG-MI 002-15/01

EC Type examination Certificate

Допълнение I

Страница 1 от 1

Издаден от:

Issued by:

ЛОС „УНИСИСТ“ ООД

ж.к. „Дървеница“ бл.15 вх.Г ет.1

1756 София

България

Нотифициран орган №: 2341

На основание:

In accordance with:

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване (в сила от 20.04.2016 г.; обн. ДВ бр.23 от 25 март 2016 г.), въвеждаща директива на Европейския съвет 2014/32/ЕС

Издаден на:

Applicant:

„Унисист инженеринг“ ООД

бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 144

гр. София

България

Заявление №

Application №

01/04.09.2017 г.

Относно:

In Respect of:

PTZ Коригиращо устройство за обем

Тип: CF500 - XYZ

Механичен клас: M2

Клас околна среда: от минус 25 °С до 55 °С

Електромагнитен клас: E2

Срок на валидност:

Valid until:

06.10.2025 г.

Описание:

Description:

Приложение, неразделна част от настоящия сертификат

Дата на издаване:


Date:

София, 01.12.2017 г.

Подпис:

Ръководител ЛОС:

Н.Божкова



Печат:

